

Intérêt : cet examen permet de mettre en évidence une éventuelle infection par les germes *Chlamydia trachomatis* et/ou *Neisseria gonorrhoeae* et/ou *Trichomonas vaginalis* chez les femmes.

Matériel : les kits comprennent un écouvillon stérile protégé par une gaine, un tube BD Max.

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT ENDOCERVICAL

1. Retirer l'écouvillon stérile de sa gaine, en évitant de contaminer l'embout ou la tige.
2. Tout en maintenant l'écouvillon par le bouchon blanc, l'insérer dans le canal cervical et le faire tourner pendant 15 à 30 secondes
3. Retirer doucement l'écouvillon, en évitant tout contact avec la muqueuse vaginale
4. Déboucher le tube BD Max et insérer complètement l'écouvillon dans le tube, de manière à ce que l'embout atteigne le fond du tube
5. **Briser soigneusement** la tige de l'écouvillon au niveau de la marque pré-limée.
6. Bien serrer le bouchon du tube BD Max en laissant l'écouvillon cassé à l'intérieur
7. **Bien inscrire sur le tube BD Max les nom et prénom de la patiente, la date et l'heure de prélèvement**
8. En cas d'apposition d'étiquette veiller à **ne pas oblitérer les codes-barres et QR code** du tube
9. Transporter rapidement au laboratoire à température ambiante

Le prélèvement doit être apporté à température ambiante (15-25°C) au laboratoire dans la journée.

N.B. Pour les hommes, la recherche de Chlamydia trachomatis et/ou Neisseria gonorrhoeae et/ou Trichomonas vaginalis par PCR est réalisée uniquement à partir du 1^{er} jet urinaire.

Intérêt : cet examen permet de mettre en évidence une éventuelle infection par les germes *Chlamydia trachomatis* et/ou *Neisseria gonorrhoeae* et/ou *Trichomonas vaginalis* chez les femmes.

Matériel : les kits comprennent un écouvillon stérile protégé par une gaine, un tube BD Max.

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT ENDOCERVICAL

1. Retirer l'écouvillon stérile de sa gaine, en évitant de contaminer l'embout ou la tige.
2. Tout en maintenant l'écouvillon par le bouchon blanc, l'insérer dans le canal cervical et le faire tourner pendant 15 à 30 secondes
3. Retirer doucement l'écouvillon, en évitant tout contact avec la muqueuse vaginale
4. Déboucher le tube BD Max et insérer complètement l'écouvillon dans le tube, de manière à ce que l'embout atteigne le fond du tube
5. **Briser soigneusement** la tige de l'écouvillon au niveau de la marque pré-limée.
6. Bien serrer le bouchon du tube BD Max en laissant l'écouvillon cassé à l'intérieur
7. **Bien inscrire sur le tube BD Max les nom et prénom de la patiente, la date et l'heure de prélèvement**
8. En cas d'apposition d'étiquette veiller à **ne pas oblitérer les codes-barres et QR code** du tube
9. Transporter rapidement au laboratoire à température ambiante

Le prélèvement doit être apporté à température ambiante (15-25°C) au laboratoire dans la journée.

N.B. Pour les hommes, la recherche de Chlamydia trachomatis et/ou Neisseria gonorrhoeae et/ou Trichomonas vaginalis par PCR est réalisée uniquement à partir du 1^{er} jet urinaire.

